

Assist Lumbar クイックリファレンス

(表面)

取り扱い方法の詳細については、取扱説明書をご覧ください



製品を着る

Step 1

肩ベルトを肩にかける

リュックサックを背負うように、肩ベルトに腕を通す。



Point

- 肩ベルトを緩めておくと、次のStepで膝パッドが膝下に届きやすくなります。
- 肩ベルトを緩めるときは、親指で肩ベルトを前方に押しながら、中指でアジャスタを上方に引き上げます。
- 添付のショルダーパッドを付けると肩が楽になります。



アジャスタ

Step 2

膝ベルトを膝下につける

左右の膝ベルトをひざ下でしっかり止める。



Point

- 足を台などに乗せて装着することで、腰の負担を軽減することができます。
- 左右の膝ベルトが逆にならないようにしてください。



注意

Step 3


空気を入れる

空気入れを供給口に接続して、音が鳴るまで空気を入れる。



Point

- 供給口は、腰部パッドのカバーを上に向けて取り出します。
- 接続部のカップリングに押し込みます。
- 音が鳴ったらスリーブをスライドして、空気入れを外します。



スリーブ

Step 4

腰パッドの位置を調節する

腰パッドを上下にスライドして、腰の位置に合わせる。



Point

- 腰パッドは両端をつかんで、上下にスライドできます。
- 腰パッドの位置が低すぎると、アシスト力が正しく伝わりません。



注意

Step 5

肩ベルトを締める

「ぐるり」をつかんで下に引っ張ることで、製品を身体に密着させる。



Point

- 直立状態で背中を引っ張られる感覚がない程度に締めてください。
- 締めすぎた場合は、Step1のPointに記載の方法で緩めてください。



アシスト力を調整する

アシスト力を弱くする

アシスト力が強すぎる場合や、邪魔になる場合は、肩ベルトのアジャスタで肩ベルトを緩めてください。



アジャスタ

Point

- 大きくかがむ時や、階段の昇降をするときに便利です。

アシスト力を強くする

アシスト力が弱すぎる場合は、「ぐるり」をつかんで下に引っ張ることで、装具と身体の密着具合を高めてください。



ぐるり

注意

- この操作は、空気を抜いた状態では行わないでください。

Assist Lumbar クイックリファレンス

(裏面)

取り扱い方法の詳細については、取扱説明書をご覧ください。

製品を脱ぐ

Step 1

空気を抜く



排気ボタンを押して、空気を抜く。



Point

- 排気ボタンは、腰パッドの左側下方にあります。
- 排気音がしなくなるまで、ボタンを押し続けてください。



Step 2

肩ベルトを緩める



Point

- 肩ベルトを緩めるときは、親指で肩ベルトを前方に押しながら、中指でアジャスタを上方に引き上げます。



Step 3

膝ベルトをはずす



Point

- 面ファスナーを外した後は、オス・メスを貼り合わせてください。



Step 4

肩ベルトをはずす



製品を保管する

ハンガーにかける

ハンガーのクリップで左右の膝ベルトをはさむ。



or 保管兼洗濯用バッグに入れる

製品を折りたたんで保管兼洗濯用バッグに入れる。



注意

- 高温度・高温下での保管は、避けてください。
- 乳幼児などが、むやみに手の届く場所に保管しないでください。

製品を洗う

洗濯する

製品を保管兼洗濯用バッグに入れて、家庭用洗濯機で丸洗い可能。



注意

- 内部の空気を抜いてください。
- 空気入れを外してください。
- 保管兼洗濯用バッグに入れてください。
- 中性洗剤を使用してください。
- 塩素系漂白剤は使用できません。
- 乾燥機の使用はできません。
- 天日干しはできません。日陰干しをしてください。

【お問い合わせ先】

製品の使用方法・不明点・不具合などに関するお問い合わせは、下記までお願い致します。

株式会社コガネイ MIRAI事業部MIRAIグループ

Assist Lumbar お問い合わせ窓口

TEL : 042-383-7138

URL : <https://www.mirai-projects.com/contact-al>

